

新竹縣 111 年度婦產科診所手術及麻醉等病人安全業務督導考核(自評)表

機構名稱：_____ 查核日期：_____ 年 月 日

診所無接生業務，免填以下表單。

類別	查核項目	查核結果
產房基本設備及維護	1. 婦產科得設產房及10床以下之產科病床 (____床)。 2. 產房不得設於地下樓層。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合。 (婦產科診所之門診手術室與產房，得合併使用。) 3. 產房應有 <input type="checkbox"/> 待產室 <input type="checkbox"/> 分娩室 <input type="checkbox"/> 刷手台。 4. 應有緊急供電(不斷電)設備。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 5. 產科病床應符合下列規定： <input type="checkbox"/> 床尾與牆壁間距 $\geq 1.2\text{m}$ ； <input type="checkbox"/> 床邊與鄰床距 $\geq 0.8\text{m}$ ； <input type="checkbox"/> 床邊與牆壁距 $\geq 0.8\text{m}$ 。 <input type="checkbox"/> 應備有隔離視線之屏障物。 <input type="checkbox"/> 緊急呼叫系統。 6. 產房應具下列設備： <input type="checkbox"/> 產台。 <input type="checkbox"/> 真空吸引機或產鉗。 <input type="checkbox"/> 無影燈。 <input type="checkbox"/> 接生器械包 (<input type="checkbox"/> 自然產 <input type="checkbox"/> 剖腹產)。 <input type="checkbox"/> 產包 (<input type="checkbox"/> 自然產 <input type="checkbox"/> 剖腹產)。 <input type="checkbox"/> 新生兒處理台。 <input type="checkbox"/> 烤燈。 <input type="checkbox"/> 生命中樞監測設備包括： <input type="checkbox"/> 心電圖 <input type="checkbox"/> 血壓 <input type="checkbox"/> 血氧濃度監測設備。 <input type="checkbox"/> 緊急剖腹產手術設備。 <input type="checkbox"/> 胎兒生理監視器。 <input type="checkbox"/> 超音波儀器(可與門診共用)。 <input type="checkbox"/> 污物處理設備。 <input type="checkbox"/> 刷手台。 <input type="checkbox"/> 急救設備包含： <input type="checkbox"/> 人工急救甦醒球(Ambu)、 <input type="checkbox"/> 甦醒面罩、 <input type="checkbox"/> 喉頭鏡、 <input type="checkbox"/> 氣管內管、 <input type="checkbox"/> 插管設備、 <input type="checkbox"/> 氧氣及氧氣導管 <input type="checkbox"/> 電擊器或其他_____。 <input type="checkbox"/> 急救藥品： <input type="checkbox"/> 藥品及數量有列冊管理， <input type="checkbox"/> 藥品皆於使用效期內。	<input type="checkbox"/> 未發現違規 <input type="checkbox"/> 輔導改進 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不合規定
嬰兒室基本設備及維護	1. 婦產科得設嬰兒室，但設有產科病床者，應設嬰兒室。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2. 嬰兒室不得設於地下樓層。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3. 每一獨立房間不得超過16床； <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 每床平均面積不得小於 2.8m^2 。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 4. 應有調奶設備：包括 <input type="checkbox"/> 工作檯、 <input type="checkbox"/> 清潔消毒設備、 <input type="checkbox"/> 奶品貯存、 <input type="checkbox"/> 冷藏設備 (<input type="checkbox"/> 冰箱、 <input type="checkbox"/> 溫度計、 <input type="checkbox"/> 溫度記錄表)。 5. 應有 <input type="checkbox"/> 手部衛生設備及 <input type="checkbox"/> 嬰兒洗澡設備。 6. 應有下列設備： <input type="checkbox"/> 嬰兒床； <input type="checkbox"/> 嬰兒專用保溫箱或 <input type="checkbox"/> 站立式輻射加溫設備；	<input type="checkbox"/> 未發現違規 <input type="checkbox"/> 輔導改進 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不合規定

	<input type="checkbox"/> 高黃疸之照光治療設備； <input type="checkbox"/> 空調設備； <input type="checkbox"/> 緊急聯絡系統； 急救設備： <input type="checkbox"/> 嬰兒人工急救甦醒球(Ambu)、 <input type="checkbox"/> 甦醒面罩、 <input type="checkbox"/> 喉頭鏡、 <input type="checkbox"/> 氣管內管、 <input type="checkbox"/> 插管設備、 <input type="checkbox"/> 氧氣及氧氣導管 <input type="checkbox"/> 電擊器或其他_____。 急救藥品： <input type="checkbox"/> 藥品品稱及數量有列冊管理， <input type="checkbox"/> 藥品皆於使用效期。	
醫事人員	1. 麻醉醫師：__人，麻醉護理師__人； <input type="checkbox"/> 內聘； <input type="checkbox"/> 外聘須依規支援報備，且留有紀錄。 2. 設產科病床者，應有值班醫師。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無。 3. 護理人員__位；助產人員__位。 產科病床：每4床應有1名護產人員，並可依佔床率調整。 (有護產雙重資格者，擇一執登，護理人力可併計)。 4. 設有產科病房、嬰兒室者，全天24小時應有護理人員提供服務。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 未發現違規 <input type="checkbox"/> 輔導改進 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不合規定
手術麻醉記錄之有無及完整性	<input type="checkbox"/> 麻醉(婦產科)醫師之訪視及說明記錄。 <input type="checkbox"/> 簽署手術、麻醉說明書及同意書(注意完整性、手術風險充分告知、醫病雙方簽名)。 <input type="checkbox"/> 確實填寫手術室日誌記錄。 <input type="checkbox"/> 備有手術室麻醉全程紀錄(含麻醉用藥、方式、生命徵象監測) <input type="checkbox"/> 備有手術紀錄(含手術部位、方式、過程等)。 <input type="checkbox"/> 備有手術全程護理紀錄：含 <input type="checkbox"/> 術前共同確認病人姓名、手術部位、術式、特殊病史及過敏史。 <input type="checkbox"/> 傷口縫合前共同確實清點紗布、器械、縫針數無誤等。 <input type="checkbox"/> 病人恢復室之觀察(生命徵象、麻醉恢復)紀錄。 <input type="checkbox"/> 訂有相關感染管制、清潔消毒措施。 <input type="checkbox"/> 手術器械確實清洗、消毒、滅菌。	<input type="checkbox"/> 未發現違規 <input type="checkbox"/> 輔導改進 <input type="checkbox"/> 限期改善 <input type="checkbox"/> 不合規定
病人安全及法規輔導事項	1. 醫護人員具高危險妊娠知識及緊急處理機制。 2. 診所具有緊急生產、輸備血及轉診流程。 3. 醫護人員應對高危險孕產婦進行衛教及告知返診時機。 4. 衛教孕婦需依懷孕週期做產前檢查、正確用藥及避免接觸致畸胎之物質(如：抽菸、毒品或酗酒等)。 5. 為避免血栓形成，鼓勵產婦儘早下床活動。 6. 醫護人員能辨識異常生命徵象(含新生兒)、產後出血及併發症，並有適當處置流程，必要時進行轉診。 7. 與後送醫院建立良好緊急轉診管道及病例回饋。 8. 醫護人員及相關員工需了解生產事故通報的時機和目的。 9. 診所如發生生產事故糾紛(指產婦、胎兒及新生兒因生產所致之重大傷害或死亡結果)，應委由專業人員於生產事故發生時2個工作日內負責向產婦、家屬或其代理人說明、溝通，並提供協助及關懷服務，且應於產婦、家屬或其代理人要求	<input type="checkbox"/> 診所已知所有輔導事項。

	<p>時，於 3 個工作日內提供個人病歷、各項檢查報告及健保醫令清單等資料複製本；資料眾多者，至遲應於 7 個工作日內提供。(生產事故救濟條例第 4、5 條)</p> <p>10. 為預防及降低生產事故風險之發生，診所應建立機構內風險事件管控與通報機制，並針對重大生產事故事件分析根本原因、提出改善方案，及配合中央主管機關要求進行通報(應於生產事故事件發生後之次月 10 日前，於生產事故通報系統：https://www.tpr.org.tw 通報)及接受查察。違反者，依生產事故救濟條例第 25 條，處新臺幣 2 萬元以上 10 萬元以下罰鍰。</p> <p>11. 醫師執行非性聯遺傳疾病診斷所施行產前性別篩選之處置，或僅以胎兒性別差異為由進行之人工流產等行為，為醫師法第 28 條之 4 第 1 款規定不得從事之醫療行為。</p> <p>12. 診所有委託外部承攬者經營、管理或執行外包業務，應以診斷、治療、核心護理以外之非醫療核心業務為原則，且依「醫療機構業務外包作業指引」辦理。</p>	
<p>考核 結果</p>	<p><input type="checkbox"/> 未發現違規，設置標準符合規定。</p> <p><input type="checkbox"/> 限期改善 (____年__月__日前完成改善)。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：補件資料傳真 03-5558232；聯絡電話：03-5518160 轉 255 承辦人。</p>	

機構章及負責人簽章：

衛生局查核人員簽章：